



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

9026 Варна, ул. "В. Друмев" No73, тел. 052/632-015, факс 052/303-163

"FILII MARIS SUMUS"



Рег. № 316124-01 .2015г.

Екз. № 10

РЕШЕНИЕ

за класиране на участниците и определяне на изпълнител

на обществената поръчка

На основание чл.73 от ЗОП, протокол № 1 с рег. № 3890/04.11.2014г.; протокол № 2 с рег. № 4195/28.11.2014г.; протокол № 3 с рег. № 4350/08.12.2014г.; протокол № 4 с рег. № 14/05.01.2015г.; протокол № 5 с рег. № 64/09.01.2015г. и протокол № 6 с рег. № 255/23.01.2015г. на комисията назначена със заповед № РД-332/31.10.2014г. за разглеждане, оценка и класиране на предложенията за участие в обществена поръчка с предмет:

“Доставка, на ДМА по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера

Обособена позиция 2. Лазер

Обособена позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели

Обособена позиция 4. Датчик за въртящ момент

Обособена позиция 5. Вибродиагностичен уред

Обособена позиция 6. Преносим газоанализатор“

О Б Я В Я В А М :

I. Като възприемам мотивите на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията за участие в обществена поръчка с предмет:

“Доставка, на ДМА по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера

Обособена позиция 2. Лазер

Обособена позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели

Обособена позиция 4. Датчик за въртящ момент

Обособена позиция 5. Вибродиагностичен уред

Обособена позиция 6. Преносим газоанализатор“

I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:

Позиция 1. Инфрачервена (термо) камера

Кандидатите ЕТ „Стефан Запрянов“, „Дрегер Сейфти България“ ЕООД и „Ротонда“ ООД не отговарят на изискванията, поставени от възложителя.

Не се класират кандидатите и процедурата по обособената позиция се прекратява на основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП.

Позиция 2. Лазер

I. “Визикомп” ООД

Позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели

I. “Комп.А.К.” ООД

Позиция 4. Датчик за въртящ момент

Кандидатът „Сигма Метро“ ЕООД не отговаря на изискванията, поставени от възложителя.

Не се класира кандидата и процедурата по обособената позиция се прекратява на основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП.

Позиция 5. Вибродиагностичен уред

Кандидатите „Интраком Трейд“ ЕООД и „Програмтех“ ЕООД не отговарят на изискванията, поставени от възложителя.

Не се класират кандидатите и процедурата по обособената позиция се прекратява на основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП.

Позиция 6. Преносим газоанализатор“

I. “Дрегер сейфти България” ЕООД;

II. “Белком” ООД;

III. “ЦЕ ЦЕ ЕС България” ООД;

IV. “Локатор - К” ООД.

II. Обявявам участника, класиран на първо място за изпълнител на обществената поръчка по позиции, както следва:

Позиция 2. Лазер - “Визикомп” ООД

Позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели - “Комп.А.К.” ООД

Позиция 6. Преносим газоанализатор“ - “Дрегер сейфти България”ЕООД;

Мотиви: Критерия за оценка на офертите е най – ниска предложена цена и определените за изпълнители фирми са предложили най-ниска цена за съответната позиция.

III. Отстранени в процедурата участници и оферти. Мотиви.

3.1. На основание чл.69 ал.1 т.3 от ЗОП са отстранени:

3.1.1. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

- ЕТ „Стефан Запрянов“

Предложението на кандидата не отговаря напълно на предварително заложените минимални изисквания от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“:

Срокът за изпълнение посочен в техническата оферта (Образец №2) и декларация (Образец №16) е различен.

Кандидатът предлага спектрален диапазон - от 8 до 14 μm (микрометра).

Изискването е за спектрален диапазон от 7,5 до 13,5 μm (микрометра);

Кандидатът предлага инфрачервена (термо) камера с възможност за откриване на цел с човешки размери > 1 километър. Изискването е за от 960 метра до 2,5 километра;

Кандидатът предлага възможност на цифрово увеличение два пъти. Изискването е за четири пъти;

Кандидатът предлага температурен диапазон на работната среда от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Изискването е за температурен диапазон на работната среда от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$;

Кандидатът предлага инфрачервена (термо) камера отговаряща на стандарт IP54. Изискването е за стандарт IP67;

Кандидатът предлага възможност за разпознаване на човешка фигура на разстояние минимум 1000 метра. Изискването е за на разстояние минимум 450 метра;

- „Дрегер Сейфти България“ ЕООД

Предложението на кандидата не отговаря напълно на заложените минимални изисквания от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“:

- Кандидатът предлага инфрачервена (термо) камера отговаряща на стандарт IP66 и NEMA6. Изискването е за стандарт IP67.

- „Ротонда“ ООД

Предложението на кандидата не отговаря напълно на предварително заложените минимални изисквания от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“:

Кандидатът предлага инфрачервена (термо) камера с възможност за откриване на цел с човешки размери до 2,9 километра. От подадената оферта не става ясно от колко километра има възможност за откриване на цел с човешки размери.

Кандидатът предлага инфрачервена (термо) камера отговаряща на стандарт IP66. Изискването е за стандарт IP67.

3.2. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

- „Сигма Метро“ ЕООД

Предложението на кандидата не отговаря напълно на предварително заложените минимални изисквания от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“:

Кандидатът предлага температурен диапазон от -10 °С до +60 °С. Изискването е за температурен диапазон от -15 °С до +40 °С.

3.3. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

- „Интраком Трейд“ ЕООД

Предложението на кандидата не отговаря напълно на предварително заложените минимални изисквания от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“:

Кандидатът предоставя батерия, но не е посочил часовете на непрекъснатата работа, предоставя SD карта, но не е посочил капацитетът ѝ, както и обстоятелството, че представя цветен дисплей 16bit VGA, а изискването е за 24 bitcolor. Кандидатът не е посочил наличието на възможността за измерване по маршрут като част от софтуера на вибродиагностичен уред.

- „Програмтех“ ЕООД

Предложението на кандидата не отговаря напълно на предварително заложените минимални изисквания от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“:

Кандидата не е посочил колко бита е цветния дисплей, не е посочил също и наличието на модул и модели за диагностика на корабно оборудване като част от софтуера на вибродиагностичен уред.

III. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №18

Срок за подаване на жалби - 10 дни, от получаване на Решението за избор на изпълнител.

На основание чл.73, ал.3 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в 3 дневен срок до всички участници.

На основание чл.73, ал.4 от ЗОП настоящото Решение, заедно с протоколите от работата на комисията да се публикуват в същия ден с изпращането на решението до участниците в профила на купувача на ВВМУ.

НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

КАПИТАН I РАНГ ПРОФ. Д. В. Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ

22.01.2015г.